O_2

VitalAire
Home Healthcare

Sauerstoff-Therapie

Flüssigsauerstoff-System

Air Liquide
HEALTHCARE

VitalAire
Home Healthcare

Beatmung
Schlafdiagnostik
Atemtherapiegeräte
Langzeitsauerstofftherapie

Service-Telefon: 0810-242 144

Wir sind rund um die Uhr für Sie da!

Auch außerhalb der Geschäftszeiten stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung:

- **Informationen**
- **Bestellung**
- **24-Stunden-Notversorgung**

KONTAKT
Air Liquide Austria GmbH
2320 Schwechat | Sendnergasse 30
medizin.at@airliquide.com | www.airliquide.com

Air Liquide
HEALTHCARE

Bitte verwenden Sie diese Produkte nur für den von Air Liquide vorgesehenen Gebrauch und nur, wenn Sie die Anwendung beherrschen und die sicherheitstechnischen Richtlinien bzw. Sicherheitsvorkehrungen beachten. Sollten Unsicherheiten bei der Anwendung des Produktes bestehen, verlangen Sie vor Gebrauch weitere spezielle Air Liquide-Produktinformationen oder sprechen Sie mit Ihrem Air Liquide-Spezialisten. Die Produktinformationen wurden nach bestem Wissen und mit größter Sorgfalt auf Basis der zum Ausgabedatum vorhandenen Kenntnisse erstellt. Änderungen behalten wir uns vor. Die Produktinformationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzen in keiner Weise die Eigenverantwortlichkeit des Benutzers.

Sauerstoff-Therapie
Flüssigsauerstoff-System

Inhaltsverzeichnis:

Allgemeines 02-05

Stationäre Behälter 06-07

Mobile Behälter 08-14

Warnhinweise 15

FLÜSSIGSAUERSTOFFSYSTEM

AIR LIQUIDE

*Die Kosten für ein komplettes Versorgungssysten werden von den Krankenkassen übernommen.**

- 1 stationärer Behälter 45 Liter (mit Rollenfahrgestell)
- tragbarer Flüssigsauerstoffbehälter (0,3 Liter bis 1,2 Liter Füllvolumen)
- Caddy oder Rucksack zum Transport des tragbaren Flüssigsauerstoffbehälters

Der Gerätetyp des tragbaren Flüssigsauerstoffbehälters ist aus dem angeführten Gerätepark frei wählbar.

Zubehör: Befeuchterflasche, Nasenbrille bzw. Atemmaske, Verlängerungsschlauch

* nach ärztlicher Verordnung und Kostenübernahmeerklärung der jeweiligen Krankenkasse

HELiOS
Marathon
AIR LIQUIDE
HELiOS
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE

STATIONÄRER BEHÄLTER

45 LITER

Gewicht gefüllt: **73 kg**

- 45 Liter-Behälter sind für die Sauerstoffversorgung zu Hause und als Vorratstank zur Wiederbefüllung der tragbaren Flüssigsauerstoffbehälter vorgesehen.
  Die Behälter stehen auf Rollenfahrgestellen und können leicht von einem Raum zum anderen bewegt werden.

VERSORGUNGSDAUER KONSTANT	
bei Nichtbenutzung	74,6 Tage
2,00 Liter	14,1 Tage
3,00 Liter	9,4 Tage

Quelle: «Liquid Oxygen Use Time Chart», Caire Chart Industries

STATIONÄRER BEHÄLTER

20 LITER

Gewicht gefüllt: **39,9 kg**

- Der 20 Liter-Behälter wird bevorzugt für Urlaubsversorgungen eingesetzt. Diesen Behälter kann der Anwender selbst im Auto mitnehmen und ist damit bis zu zehn Tagen mit medizinischem O^2 versorgt.

VERSORGUNGSDAUER KONSTANT	
bei Nichtbenutzung	34,6 Tage
2,00 Liter	6,5 Tage
3,00 Liter	4,3 Tage

STROLLER

0,6 LITER TOP ODER SIDE FILL

Gewicht gefüllt: **1,8 kg**

- 0,6 Liter Flüssigsauerstoff Füllvolumen
- die mobilen Behälter haben einen Schultergurt und einen Tragegriff fix montiert
- die mobilen Behälter können im mitgelieferten Caddy bequem transportiert werden

VERSORGUNGSDAUER KONSTANT	
0,25 Liter	18 Stunden
0,50 Liter	12,2 Stunden
0,75 Liter	9,3 Stunden
1,00 Liter	7,5 Stunden
1,50 Liter	5,5 Stunden
2,00 Liter	4,3 Stunden
2,50 Liter	3,6 Stunden
3,00 Liter	3,1 Stunden
4,00 Liter	2,4 Stunden
5,00 Liter	2,06 Stunden
6,00 Liter	1,7 Stunden

Übersicht Versorgungsdauer bei einer Dauerverwendung von 24 Stunden pro Tag und einem vollständig gefüllten Gerät

Quelle: «Liquid Oxygen Use Time Chart», Caire Chart Industries

STROLLER

1,2 LITER TOP ODER SIDE FILL

Gewicht gefüllt: **3,63 kg**

- 1,2 Liter Flüssigsauerstoff Füllvolumen
- die mobilen Behälter haben einen Schultergurt und einen Tragegriff fix montiert
- die mobilen Behälter können im mitgelieferten Caddy bequem transportiert werden

VERSORGUNGSDAUER KONSTANT	
0,25 Liter	34 Stunden
0,50 Liter	23 Stunden
0,75 Liter	17,4 Stunden
1,00 Liter	14,1 Stunden
1,50 Liter	10,2 Stunden
2,00 Liter	8,0 Stunden
2,50 Liter	6,6 Stunden
3,00 Liter	5,6 Stunden
4,00 Liter	4,4 Stunden
5,00 Liter	3,6 Stunden
6,00 Liter	3,0 Stunden

Übersicht Versorgungsdauer bei einer Dauerverwendung von 24 Stunden pro Tag und einem vollständig gefüllten Gerät

SPIRIT 300

0,3 LITER TOP ODER SIDE FILL

Gewicht gefüllt: **1,95 kg**

- 0,3 Liter Flüssigsauerstoff Füllvolumen
- die mobilen Behälter haben einen Schultergurt und einen Tragegriff fix montiert
- die mobilen Behälter können im mitgelieferten Caddy bequem transportiert werden
- Außenmaterial: Soft Case
- eingebautes elektronisch gesteuertes Sauerstoffsparsystem

VERSORGUNGSDAUER GETRIGGERT	
Stufe 1	15,1 Stunden
Stufe 1,5	10,7 Stunden
Stufe 2	8,0 Stunden
Stufe 3	5,4 Stunden
Stufe 4	4,0 Stunden
Stufe 5	3,2 Stunden
VERSORGUNGSDAUER KONSTANT	
2,00 Liter	2,4 Stunden

Übersicht Versorgungsdauer bei einer Dauerverwendung von 24 Stunden pro Tag und einem vollständig gefüllten Gerät.
Die Nutzungsdauer der Dosiersysteme basieren auf 20bpm (Atemzüge pro min).

Quelle: «Liquid Oxygen Use Time Chart», Caire Chart Industries

SPIRIT 1200

1,2 LITER TOP ODER SIDE FILL

Gewicht gefüllt: **3,63 kg**

- 1,2 Liter Flüssigsauerstoff Füllvolumen
- die mobilen Behälter haben einen Schultergurt und einen Tragegriff fix montiert
- die mobilen Behälter können im mitgelieferten Caddy bequem transportiert werden
- Außenmaterial: Soft Case
- eingebautes elektronisch gesteuertes Sauerstoffsparsystem

VERSORGUNGSDAUER GETRIGGERT	
Stufe 1	57,4 Stunden
Stufe 1,5	40,5 Stunden
Stufe 2	30,4 Stunden
Stufe 3	20,3 Stunden
Stufe 4	15,2 Stunden
Stufe 5	12,2 Stunden
VERSORGUNGSDAUER KONSTANT	
2,00 Liter	9,2 Stunden

Übersicht Versorgungsdauer bei einer Dauerverwendung von 24 Stunden pro Tag und einem vollständig gefüllten Gerät.
Die Nutzungsdauer der Dosiersysteme basieren auf 20bpm (Atemzüge pro min).

HELIOS 300

0,3 LITER TOP FILL

Gewicht gefüllt: **1,63 kg**

- extrem leichter und tragbarer Behälter
- eingebautes mechanisch* gesteuertes Sauerstoffsparsystem
- Füllvolumen: 0,3 Liter Flüssigsauerstoff

* Zum Betrieb eines mechanisch gesteuerten Sauerstoffsparventils ist die Verwendung einer 2-Schlauchnasenbrille notwendig.

VERSORGUNGSDAUER GETRIGGERT	
Stufe 1	18,4 Stunden
Stufe 1,5	12,2 Stunden
Stufe 2	9,20 Stunden
Stufe 2,5	7,30 Stunden
Stufe 3	6,10 Stunden
Stufe 3,5	5,20 Stunden
Stufe 4	4,60 Stunden
VERSORGUNGSDAUER KONSTANT	
0,12 Liter	21,9 Stunden
0,25 Liter	17,8 Stunden
0,50 Liter	12,0 Stunden
0,75 Liter	7,60 Stunden

Übersicht Versorgungsdauer bei einer Dauerverwendung von 24 Stunden pro Tag und einem vollständig gefüllten Gerät.
Die Nutzungsdauer der Dosiersysteme basieren auf 20bpm (Atemzüge pro min).

Quelle: «Liquid Oxygen Use Time Chart», Caire Chart Industries

HELIOS MARATHON

0,9 LITER TOP FILL

Gewicht gefüllt: **2,54 kg**

- leichter und tragbarer Behälter
- eingebautes mechanisch* gesteuertes Sauerstoffsparsystem
- Füllvolumen: 0,9 Liter Flüssigsauerstoff

* Zum Betrieb eines mechanisch gesteuerten Sauerstoffsparventils ist die Verwendung einer 2-Schlauchnasenbrille notwendig.

VERSORGUNGSDAUER GETRIGGERT	
Stufe 1,5	29,3 Stunden
Stufe 2	22,0 Stunden
Stufe 2,5	17,6 Stunden
Stufe 3	14,6 Stunden
Stufe 4	11,0 Stunden
VERSORGUNGSDAUER KONSTANT	
1 Liter	12,1 Stunden
2 Liter	6,10 Stunden
3 Liter	4,00 Stunden
4 Liter	3,00 Stunden
5 Liter	2,40 Stunden
6 Liter	2,00 Stunden

Übersicht Versorgungsdauer bei einer Dauerverwendung von 24 Stunden pro Tag und einem vollständig gefüllten Gerät.
Die Nutzungsdauer der Dosiersysteme basieren auf 20bpm (Atemzüge pro min).

HIGHFLOW STROLLER

1,25 LITER TOP ODER SIDE FILL

Gewicht gefüllt: **3,86 kg**

Der Highflow Stroller ist hervorragend für Patienten geeignet, die eine Sauerstoffversorgung mit einer hohen Durchflussrate benötigen.

VERSORGUNGSDAUER KONSTANT	
0,50 Liter	23,0 Stunden
1,00 Liter	14,1 Stunden
2,00 Liter	8,00 Stunden
2,50 Liter	6,60 Stunden
3,00 Liter	5,60 Stunden
4,00 Liter	4,40 Stunden
6,00 Liter	3,00 Stunden
8,00 Liter	2,30 Stunden
10,0 Liter	1,90 Stunden
12,0 Liter	1,60 Stunden
15,0 Liter	1,40 Stunden

Übersicht Versorgungsdauer bei einer Dauerverwendung von 24 Stunden pro Tag und einem vollständig gefüllten Gerät

Quelle: «Liquid Oxygen Use Time Chart», Caire Chart Industries

KEINESFALLS RAUCHEN

Rauchen Sie nicht, während Sie die Geräte bedienen oder benutzen und meiden Sie mit den Geräten die Nähe jedes offenen Feuers.

VORSICHT BEI ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Benutzen und lagern Sie Ihr Air Liquide Flüssigsauerstoffsystem nicht im Umkreis von 1,5 m von angeschlossenen, elektrischen Geräten insbesondere von Herden, Heizöfen, Toastern und Haarföns.

KEINE ENTFLAMMBAREN MATERIALIEN

Benutzen oder lagern Sie Ihr Air Liquide Flüssig-Sauerstoffsystem nicht in einem Raum, in dem entflammbare Materialien, wie Öle, Fette, Sprays, Lotionen oder Lösungsmittel vorhanden sind.

GUT DURCHLÜFTETER RAUM

Bewahren Sie das Air Liquide Flüssigsauerstoffsystem in einem gut durchlüfteten Raum auf.

AUFRECHTE POSITION

Sollten die Geräte versehentlich umfallen, bringen Sie das Air Liquide Flüssigsauerstoffsystem sofort, aber vorsichtig, wieder in eine aufrechte Position. Falls ständig flüssiger Sauerstoff entweicht, lüften Sie den Raum und verständigen Sie Air Liquide **(0810-242 144)**.

VEREISTE TEILE NICHT BERÜHREN

Berühren Sie keine vereisten Teile an den Behältern.

GETRENNTE AUFBEWAHRUNG

Bei Nichtbenutzung ist der tragbare Behälter immer getrennt vom Vorratsbehälter aufzubewahren.

EINSTELLKNOPF AUF „0“

Stellen Sie an jeden Behälter, den Sie nicht benutzen, den Einstellknopf der Sauerstoffmenge immer auf „0“.

ÖL- UND FETTFREI

Zubehörteile und vor allem die Anschlüsse unbedingt **öl- und fettfrei** halten!

424.000.800/A:05